

# CHECKLISTE BESTANDSAUFNAHME

## Einteilung von Medizinischen Geräten in die verschiedenen Gerätegruppen des Medizinproduktegesetzes.

Geltungsbereich: Einrichtungen des Gesundheits- & Sozialwesens



Sehr geehrter Kunde,

um den genauen Bedarf zur Geräteüberprüfung in Ihrer Einrichtung erfassen zu können, möchten wir Sie im Namen unseres Kooperationspartners bitten diese Liste ausgefüllt an uns zurück zu senden.

MPG Klasse I	Vorhanden	Anzahl	MTK*/ Prüfung
Alle medizinischen Geräte die energetisch betrieben werden und nicht unter die Gruppen II bis III fallen.	q		
Elektro Betten, Liegen	q		
Elektro Rollstühle	q		
Absauggerät	q		
Ernährungspumpe	q		
Fieberthermometer	q		Alle 2 Jahre
Blutdruckmessgerät	q		Alle 2 Jahre
Autoklaven / Sterilisatoren	q		Jährlich
Elektrische Lifter	q		
Ø Badelifter	q		
Ø Patientelifter	q		
Blutzuckermessgerät	q		Alle 2 Jahre
Personenwaage	q		Alle 2 Jahre
Pulsoxymeter	q		
Inhalationsgerät	q		
Wechseldruckmatratze / Antidekubitus-Geräte	q		
Ultraschallvernebler	q		
Pariboy (Inhalatoren)	q		
Sauerstoffflasche	q		
Fußpflegegeräte	q		
Sauerstoffkonzentratoren	q		
	q		
	q		

MPG Klasse IIa	Vorhanden	Anzahl	Prüfung
Muskelstimulatoren / Reizstromgeräte	q		
EKG-Geräte	q		
Vibraxgerät	q		
Hörgerät	q		
Fäkalienspüle	q		
Ultraschalldiagnose Geräte	q		
Ultraschall Therapiegeräte	q		
	q		
	q		

MPG Klasse IIb	Vorhanden	Anzahl	STK*
Regeln 9 bis 12 (3.13) (Bei allen Geräten wird eine STK durchgeführt)			
Infusionspumpen	q		jährlich
Infusionsspritzenpumpen	q		jährlich
Beatmungsgeräte	q		jährlich
Defibrillatoren	q		jährlich
Dialysegerät	q		jährlich
HF-Chirurgiegeräte	q		jährlich
Koagulatoren	q		jährlich
Beatmungsgeräte	q		jährlich
	q		
	q		

# CHECKLISTE BESTANDSAUFNAHME

## Einteilung von Medizinischen Geräten in die verschiedenen Gerätegruppen des Medizinproduktegesetzes.



Geltungsbereich: Einrichtungen des Gesundheits- & Sozialwesens

MPG Klasse III	Vorhanden	Anzahl	STK*
starke Laser	q		Ja
	q		
	q		
	q		

MTK = Messtechnische Kontrolle / STK = Sicherheitstechnische Kontrolle

Bei allen STK und MTK Prüfungen muß ein Medizinproduktebuch vorhanden sein.

Alle **nicht medizinischen** Geräte die mit 220V betrieben werden, müssen nach BGV A2 überprüft werden. z.B. Monitore, Computer, Lampen, elektrische Maschinen usw.

Überprüfung nach BGV A 2	Vorhanden	Anzahl
PC-Monitor	q	
Computer	q	
Monitor mit Blutdruckmessern, EKG oder Temperatur	q	
Rasierapparat	q	
Haarfön	q	
Fernseher	q	
Radiogerät	q	
Kühlschrank	q	
Stereoanlage	q	
Kaffeemaschine	q	
Warmwasserzubereiter	q	
	q	
	q	
	q	
	q	
	q	
	q	
	q	
	q	

Für Fragen stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung.

### H&S

Dienstleistungen im Gesundheits- & Sozialwesen  
 Kurzes Gelände 6  
 86156 Augsburg

Telefon 08 21 / 90 76 33-4

Telefax 08 21 / 90 76 33-5

[Info@hs-digs.de](mailto:Info@hs-digs.de)